

采购需求

前注:

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标小组评审认可；

2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标小组评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、下列采购需求中：如果要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

6、下列采购需求中：供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经有评标小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

7、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人和安徽泽普项目管理咨询有限公司，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽泽普项目管理咨询有限公司不再受理对招标文件条款提出的质疑。

技术需求

名称	技术指标、规格或要求	单位	数量
HIV(1/2) 快速 检测试剂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 方法学：胶体金法。规格：单人份，≤100 人份/盒； 2. 原理：胶体金免疫层析法；卡或板上可以检测血液中的人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2）抗体。 3. 应用于门诊、急诊、术前检测、个体检测、流行病学调查、人群 HIV 抗体筛查，用于 HIV 感染的辅助诊断； 4. 全血/血清/血浆均可检测，HIV 样本量<40 微升。结果无显著性差异（提供相关证明材料）； ★5. 评估结果：近五年参加过全国 HIV 抗体快速诊断试剂临床质量评估，敏感性为 100%，特异性大于 99%，产品通过了国家食品药品监督管理局注册。产品质量稳定可靠，未出现不良记录。 6. 满分通过近三年国家卫生部临检中心室间质评； 7. 30 分钟内出结果，方便快捷； ★8. 有效期：不少于 24 个月，采购人验收后有效期不少于 18 个月，且投标供应商须同意分批供货； 9. 试剂储存条件：2~30℃密封干燥处保存； 10. 试剂工作条件要求：室温； 11. 血红蛋白浓度≤178g/L，总胆红素浓度≤1.6mg/100mL，甘油三酯浓度≤200mg/mL，总胆固醇浓度≤200mg/mL 对结果无影响； 12. 全国 EQA 使用客户量连续三年每年≥100 家； 13. 获得 CE 认证及世界卫生组织 WHO、PQ 质量认证； 14. 每批货物都要出具本批检验报告单，生产厂家通过 ISO13485 或 ISO9001 等体系认证（需提供证明文件）； 15. 所投产品在安徽省医药集中采购平台，且有采购限价，供应商有厂家配送能力并提供承诺函。 	人份	预计 31 万人份