

采购需求

HIV 检测试剂及耗材				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)联合检测试剂盒(磁微粒化学发光法) ▲（核心产品）	1、用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒 1 型（包括 0 组），2 型抗体及 1 型 p24 抗原。 2、到货后有效期≥10 个月。 3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。（如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证） 4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	1500 人份
2	丙型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	1、用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒 IgG 抗体。 2、到货后有效期≥10 个月。 3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。（如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证） 4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	1500 人份
3	丙肝核酸检测试剂盒荧光 PCR 法	1、用于体外定性检测血清样本中丙型肝炎病毒核酸 2、到货有效期≥10 个月 3、适配我单位 ABI PCR 仪	48-50 人份/ 盒	1 盒
4	HIV 化学发光质控	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪（如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证）； 2、规格 0.5ml/支，20 支/盒； 4、可根据实验室需求定制标准值：0.5NCU/ml、1NCU/ml、4NCU/ml、8NCU/ml、40NCU/ml。 5、到货有效期≥10 个月	盒	1 盒
5	HCV 化学发光质控	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪（如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证）； 2、规格 0.5ml/支，20 支/盒； 4、可根据实验室需求定制标准值：0.5NCU/ml、1NCU/ml、4NCU/ml、8NCU/ml、40NCU/ml。 5、到货有效期≥10 个月	盒	1 盒
6	抗 HIV-1/HIV-2 特异性抗体免疫印迹法 WB 检测试剂（品牌 1）	1、检测方法：蛋白印记法； 2、可检测样品：人血清或血浆； 3、检测病毒型：HIV-I 全病毒条带和 HIV-II 型特异性条带； 4、HIV 抗体确证试剂须提供以下 HIV 抗体条带：gp160、gp120、gp41、p66、p55、p51、p31、p24、	人份	180 人份

		<p>p17;</p> <p>5、检测方法有快速法和隔夜孵育法二种;</p> <p>6、实验时孵育条件室温;</p> <p>7、到货后有效期≥ 10个月;</p> <p>8、适配我单位检测仪器 TECAN Profiblot T48。</p>		
7	抗 HIV-1/HIV-2 特异性抗体免疫印迹法 WB 检测试剂 (品牌 2)	<p>1、检测方法: 蛋白印记法;</p> <p>2、可检测样品: 人血清或血浆;</p> <p>3、检测病毒型: HIV-I 全病毒条带和 HIV-II 型特异性条带;</p> <p>4、HIV 抗体确证试剂须提供以下 HIV 抗体条带: gp160、gp120、gp41、p66、p55、p51、p31、p24、p17;</p> <p>5、检测方法有快速法和隔夜孵育法二种;</p> <p>6、实验时孵育条件室温;</p> <p>7、到货后有效期≥ 10个月;</p> <p>8、适配我单位检测仪器 TECAN Profiblot T48。</p>	人份	40 人份
8	全自动免疫检验系统用底物液	<p>1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。(如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证)</p> <p>2、到货后有效期≥ 10个月。</p>	套	6 套
9	清洗液	<p>1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。(如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证)</p> <p>2、到货后有效期≥ 10个月。</p>	瓶	8 瓶
10	系统清洗液	<p>1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。(如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证)</p> <p>2、到货后有效期≥ 10个月。</p>	瓶	6 瓶
11	样本稀释液	<p>1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。(如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证)</p> <p>2、到货后有效期≥ 10个月。</p>	瓶	2 瓶
12	CD3-FITC/CD8-PE/C D45-PerCP/CD4-APC 荧光单克隆抗体试剂盒(流式细胞仪法) 同生时代	<p>1、试剂盒套装包含: 血细胞分析溶血剂 (2.5ml/盒) *10 盒; TS-CELL-COUNT 绝对计数微球试剂盒 (50 管/盒) *10 盒</p> <p>2、适用我单位 BD FACSCalibur 流式细胞仪</p> <p>3、到货后有效期≥ 10个月。</p>	盒	2 盒
13	细胞质控品	<p>1、规格: 低值, 3ml*1 支, 适用于流式细胞适用于流式细胞仪检测淋巴细胞 CD3、CD8、CD4 过程中进行质量控制的全血制品。</p> <p>2、组成成分: 红细胞、白细胞及 BAS 稳定液。</p> <p>3、按客户需求发货, 到货有效期≥ 4个月。</p> <p>4、保存运输条件: 2-8℃, 避免反复冻融、稳定性好。</p>	支	1 支

14	人类免疫缺陷病毒 I 型 (HIV-1 型) 核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1、检测方法:采用 Tagman 探针法进行 HIV-1 型的实时荧光定量 PCR 检测。 2、最低灵敏度为 50IU/ml。 3、线性范围:250IU/ml-1*10 ⁸ 。 4、带内标系统, 外源性内标假病毒需与临床样品一起参与提取, 可以对核酸提取过程和扩增系统进行监控。 5、注册资格:产品需取得国家医疗器械产品注册证。 6、到货后有效期≥10 个月。	48-50 人份/盒	3 盒
15	Prime Script one step RT-PCR kit ver. 2	1、一步法 RT-PCR 逆转录扩增试剂; 2、到货后有效期≥10 个月	盒	2 盒
16	GoTag Green Master Mix	1、到货后有效期≥10 个月	盒	1 盒
17	病毒 RNA/DNA 提取试剂盒	1、样本适用性: 血清、血浆; 2、适配我单位现有天隆 96 全自动核酸提取仪 (如非设备原厂品牌试剂需提供试剂盒匹配性能验证); 3、提取纯化范围: DNA/RNA 核酸样品 < 50IU/ml; 4、配套耗材: 免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材; 5、到货后有效期≥10 个月	人份	320 人份
18	医用外科口罩	1、口罩有独立小包装。 2、到货后有效期≥20 个月	只	1000 只
19	冻存管	1、无菌不含酶 2、到货后有效期≥20 个月	500 个/袋	2 袋
20	一次性使用真空采血管	1、采血管规格 2ml/支 2、采血管添加 EDTA 抗凝剂 3、到货后有效期≥20 个月	支	1500 支
21	一次性滤芯枪头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、厂家可以提供 50ul、100ul、200ul、1000ul 多种吸头规格供我单位选择分配。 3、到货后有效期≥20 个月	96 支/盒	200 盒
22	纯净水	1、满足实验需求 2、到货后有效期≥10 个月 3、按采购人需求发货, 送到指定楼层	5.5L/桶	40 桶